

Interferência na
linha de base que
não impede a
análise do ECG |
Baseline
interference that
does not prevent
ECG analysis

- Exemplos | Examples

Definição | Definition

Esta mensagem é incluída no laudo quando o traçado apresenta artefatos E/OU irregularidades na linha de base que não impossibilitam sua análise apropriada


This message is included in the report when the tracing presents artifacts AND/OR irregularities in the baseline that do not preclude proper analysis.

Exemplos | Examples

- Exemplo 1 | Example #1

Paciente feminina, 35 anos, assintomática. Ao ECG, apresenta ritmo sinusal regular, artefatos e/ou irregularidades na linha de base que não prejudicam a interpretação do exame. Observa-se, também, alterações inespecíficas da repolarização ventricular.

35-year-old female patient, asymptomatic. On ECG, tracing shows regular sinus rhythm with artifacts and/or baseline irregularities that do not impair exam interpretation. Nonspecific changes in ventricular repolarization are also present.



- Exemplo 2 | Example #2

Paciente feminina, 98 anos, assintomática. Tem diagnósticos de hipertensão arterial sistêmica ou diabetes mellitus. Ao ECG, apresenta ritmo sinusal regular, com artefatos e/ou irregularidades na linha de base que não prejudicam a interpretação do exame. Observa-se, também, bloqueio de ramo esquerdo.

98-year-old female, asymptomatic, with history of hypertension and diabetes mellitus. On ECG, tracing shows regular sinus rhythm, with artifacts and/or irregularities baseline irregularities that do not impair interpretation of the exam. Left bundle branch block is also observed.

